

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Deionizador	2351
Sinônimos	
Aparelho de Deionização	
Classificação	
Apoio	
Definição e Aplicação	
Equipamento para produção de água quimicamente pura (pureza iônica) em diversas áreas como: Laboratórios Químicos, Farmacêuticos, Análises Clínicas, etc.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido	
<div>R\$ 2.215,00</div>	
CAPACIDADE: 50 LITROS / H	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
<p>Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:</p> <p>- CAPACIDADE: Opção 1: 50 LITROS/H Opção 2: 100 LITROS/H Opção 3: 100 LITROS/H COM BLOQUEIO</p> <p>Para o processo licitatório, o proponente / conveniente deverá descrever toda a</p>	

especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e / ou seu valor.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT

Página na Internet

Telefone

Não há empresas habilitadas para esse item até o momento

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br